

# 入札仕様書(令和 7 年度 リハビリテーション機能強化事業)

## 第 1 章 事業概要

件名:令和 7 年度 リハビリテーション機能強化事業に伴う設備備品購入

目的:森山脳神経センター病院におけるリハビリテーション機能の強化を目的とした評価・訓練機器の導入

納入場所:東京都江戸川区西葛西 7-12-7

森山脳神経センター病院 リハビリ室

納入期限:契約確定日から 90 日以内

提案形式:以下の各品目は、単品または複数品目の組み合わせで提案可能とする

---

## 第 2 章 対象品目および仕様

### 2-1. 歩行機能改善評価機器(ウォーク WAY または同等品)

- ・ 歩行軌跡・速度・歩幅などの定量評価が可能なシステム
- ・ 圧力センサー内蔵マット式、または同等の評価精度を有する構造
- ・ 評価結果の自動集計・印刷機能
- ・ PC 接続・データ保存機能
- ・ 付属品:評価用ソフトウェア、マット、接続ケーブル一式
- ・ ※単品での提案可

### 2-2. シミュレーター機能搭載可搬型運転操作検査器

- ・ 高齢者の運転適性評価に対応した可搬型システム
- ・ ハンドル・ペダル・画面表示による模擬運転環境
- ・ 認知・反応・判断力の評価項目を含むこと
- ・ 評価結果の保存・印刷機能
- ・ 付属品:評価ソフト、モニター、操作機器一式
- ・ ※単品での提案可

### 2-3. 評価用下肢装具(左右セット)

- ・ 歩行訓練・筋力評価に使用可能な下肢装具

- サイズ調整可能で複数患者に対応できるもの
  - 軽量かつ耐久性のある素材(例:カーボンファイバー、強化プラスチック)
  - 洗浄・消毒が可能な構造
  - ※単品での提案可
- 

### 第3章 納品・設置・検収条件

- 納品前に病院担当者と事前打ち合わせを行うこと
  - 納品時に設置・初期設定・動作確認を実施すること
  - 操作説明(対象:リハビリスタッフ)を実施すること
  - 検収は病院立会いのもと、動作確認および書面提出により行う
- 

### 第4章 保守・保証条件

- 納品後 30 日間以上の初期動作保証を設けること
  - 不具合発生時は速やかに代替品を提供すること
  - 保守対応時間:平日 9:00～17:00
  - 緊急連絡先を明記すること
  - 保守契約の有無、内容(オンサイト対応、リモート対応など)を明記すること
- 

### 第5章 その他留意事項

- 「同等品」を提案する場合は、仕様比較表を添付すること
  - 提案書には、納入実績(過去 5 年間で 5 件以上)を記載すること
  - 提案価格は税込・納品設置費込みとすること
  - 提案書・見積書・カタログ等は入札参加申込時に提出すること
  - 単品提案の場合も、納品・設置・保守条件は本仕様書に準じること
-